



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.32.541.A № 68902

Срок действия до 26 января 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Преобразователи термоэлектрические ТХА (ТХК, ТНН, ТЖК, КТХА, КТХК, КТНН, КТЖК)/1-XXXX

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество научно-производственная компания "Эталон" (ЗАО НПК "Эталон"), г. Волгодонск, Ростовская обл.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 70244-18

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

908.2388.00.000Д6

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ

2 года; 5 лет - для модификаций КТХА (КТНН, КТЖК)/1-0001; КТХА (КТНН, КТЖК)/1-0102 с диапазоном измерений от минус 40 до плюс 600 °С и КТХА/1; КТХК/1-0102 с диапазоном измерений от минус 40 до плюс 400 °С

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 января 2018 г. № 135

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С.Голубев



"04" 2018 г.

Серия СИ

№ 040551